



INSTITUT ZA FIZIKU

KLASA: 004-45/20-04/4/01
URBROJ: 001-02-20-8
Zagreb, 23. lipnja 2020.

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj, Institut za fiziku, nastavno na Nacrt dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: Dokumentacija) za predmet nabave Frekventni češalj, kontinuirani laserski sustavi i pripadajuća oprema objavljenog 02. lipnja 2020. godine na EOJN RH i na Internet stranici Instituta za fiziku, objavljuje

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naručitelj:

Institut za fiziku
Bijenička cesta 46, 10000 Zagreb
OIB: 77627408491

Evidencijski broj nabave: MV-R-05/2020

Opis predmeta nabave: Predmet ovog postupka javne nabave je nabava opreme za mjerenje i kontrolu: evaporator i ultrabrza kamera temeljem iskazanih potreba Naručitelja, a u svemu sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi.

CPV oznaka i naziv: 38424000-3 Oprema za mjerenje i kontrolu

Datum početka prethodnog savjetovanja: 05. lipnja 2020. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 15. lipnja 2020. godine

Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODRSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA:

1. Gospodarski subjekt:

1.2. "3-cell evaporator for sub-monolayer and multi-layer thin film growth, for simultaneous or consecutive deposition into an evaporation area of diameter 8.5, diameter 11 or diameter 15 mm. Each evaporation pocket is totally independent of the other two, with a separate filament, HV feed-through, and flux monitor and 25 mm target shift for evaporant adjustment."

Napomena: gospodarski subjekt nije postavio konkretno pitanje, odnosno dao primjedbu ili prijedlog već je dostavio popunjene tehničke specifikacije i informativnu ponudu s izmjenom u stavci 1.2. Tehničke specifikacije gdje nudi 3 (tri) odvojena džepa.



INSTITUT ZA FIZIKU

Remark: The business entity didn't ask questions directly, or give a note or a proposal. He just delivers filled technical specification and the quotation with changed item 1.2. Technical specification where he offers 3-cell evaporator.

Naručitelj:

Naručitelj je iz izmijenjene stavke zaključio da gospodarski subjekt predlaže izmjenu stavke 1.2. 4 (četiri) odvojena džepa s nezavisnim strujama filamenata i odvojenim visokonaponskim linijama

Four (4) separate pockets with independent filament currents and separated high-voltage lines

Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća.

Obrazloženje: Gospodarski subjekt nudi 3 izvora, a Naručitelju su neophodna 4 izvora kako bi proveo planirana istraživanja. Tražena 4 izvora u tehničkim specifikacijama su važna zbog mogućnosti korištenja više različitih izvora metala pri sintezi čime se otvara veća mogućnost nastanka novih materijala. Također, strujno-naponsko napajanje, kako ističe gospodarski subjekt nije dovoljno za simultano korištenje broja džepova većih od 1, što dodatno ograničava mogućnost istraživanja koje Naručitelj provodi.

Suggestion received from the business entity is not accepted.

Explanation: The economic operator offers 3 sources (3 divided pockets), but the client requests 4 sources with possibility of simultaneous evaporation, as it is necessary for the actualization of the research plan. The requested 4 sources, listed in the technical specifications, are important due to the possibility of using different metals in synthesis which is in that case more likely to lead to a preparation of new materials. Furthermore, the power supply, offered by the economic operator in paragraph 1.3, is not enough for simultaneous use more than 1 pocket, which additionally reduces the possibility of the research that client conducts.