



INSTITUT ZA FIZIKU

KLASA: 004-45/20-04/5/16  
URBROJ: 001-02-20-9  
Zagreb, 22. rujna 2020.

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj, Institut za fiziku, nastavno na Nacrt dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: Dokumentacija) za predmet nabave Čelije za visoki tlak objavljenog 28. kolovoza 2020. godine na EOJN RH i na Internet stranici Instituta za fiziku, objavljuje

## IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

### **Naručitelj:**

Institut za fiziku  
Bijenička cesta 46, 10000 Zagreb  
OIB: 77627408491

**Evidencijski broj nabave:** MV-R-04/2020

**Opis predmeta nabave:** Predmet ovog postupka javne nabave ja nabava čelija za visoki tlak temeljem iskazanih potreba Naručitelja, a u svemu sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi.

**CPV oznaka i naziv:** 44610000-9 Spremnici, rezervoari, kontejneri i posude pod tlakom

**Datum početka prethodnog savjetovanja:** 28. kolovoza 2020. godine

**Datum završetka prethodnog savjetovanja:** 07. rujna 2020. godine

**Sastanci tijekom savjetovanja:** tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

### **PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODRSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA:**

#### **1. Gospodarski subjekt:**

*Zaprimili smo dokumentaciju o nabavi i koristimo period za prethodno savjetovanje za upit koji se odnosi na dokazivanje sposobnosti GS za sudjelovanje na javnom natječaju.*

*U prvom dijelu natječaja svi dokazi se autocertificiraju putem ESPD i taj dio je u potpunosti jasan. Ukoliko GS bude izabran kao najpovoljniji ponuđač u dokumentaciji slijedi da je dužan u roku ne kraćem od 5 dana podnijeti neovjerene preslike dokumentacije koje je već certificirao u ESPD.*

*To je dokumentacija koju u svakoj zemlji izdaje sudsko, upravno, gospodarsko ili neko drugo nadležno tijelo.*



INSTITUT ZA FIZIKU

*Obzirom da se naša tvrtka nalazi u Italiji sa svojim sjedištem mi glavnu dokumentaciju možemo eventualno na poseban zahtjev dobiti na engleskom. Naš upit se odnosi na tu problematiku. Da li možemo dostaviti tu dokumentaciju na Engleskom ili Talijanskom jeziku?*

*Trebaju li ti dokumenti biti prevedeni na Hrvatski jezik i ako da, da li trebaju biti ovjereni? U vašoj dokumentaciji o nabavi nismo našli na rješenje koje se odnose na naš upit te Vas molimo da nam odgovorite i razjasnite što trebamo eventualno učiniti po tom pitanju.*

### **Naručitelj:**

Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi u točki 6.7. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA definirao da ako su neki od dijelova ponude traženih Dokumentacijom o nabavi na nekom od stranih jezika, Ponuditelj je dužan uz navedeni dokument na stranom jeziku dostaviti i prijevod na hrvatski jezik navedenog dokumenta.

Dakle, u slučaju da ste ocjenjeni kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj i od Vas se zatraže ažurirani popratni dokumenti, iste možete dostaviti na talijanskom jeziku uz prijevod na hrvatski jezik.

Dostavljeni prijevod ne mora biti ovjeren od strane sudskog tumača. Međutim, u slučaju da dostavljeni (neovjereni) prijevod ostavlja nejasnoće i dvojbe koje sprječavaju Naručitelja da donese odluku, tada Naručitelj može u svrhu pojašnjenja i nadopune ažuriranih popratnih dokumenata zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda isprava i potvrda traženih točkama 3.1., 3.2. i 4.1.1. Dokumentacije o nabavi.

## **2. Gospodarski subjekt:**

### **1. Grupa 1: Dijamantna ćelija za visoki tlak za mjerenje transportnih svojstava**

#### *1.1. Stavka 3 TS, traži se:*

3.	<i>Na bočnim stranama ćelija ima minimalno 3 prozora u razini dijamanata ne manja od 10 mm kako bi se omogućilo neometano montiranje dijamanata</i>
----	---

*Molimo promjenu u:*

3.	<i>Na bočnim stranama ćelija ima minimalno 3 prozora u razini dijamanata ne manja od <b>5 mm</b> kako bi se omogućilo neometano montiranje dijamanata</i>
----	---

### **Naručitelj:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te je napravio izmjenu tehničke specifikacije Grupa 1. Dijamantna ćelija za visoki tlak za mjerenje transportnih svojstava te stavka 3. sada glasi *Na bočnim stranama ćelija ima minimalno 3 prozora u razini dijamanata ne manja od 5 mm kako bi se omogućilo neometano montiranje dijamanata.*



INSTITUT ZA FIZIKU

1.2. Stavka 4 TS, traži se:

4.	<i>Moguće je lateralno podešavanje položaja dijamanta nakon što su zalijepljeni u volfram karbidna sjedišta te njihovo fiksiranje u odgovarajućem položaju</i>
----	--

*Molimo promjenu u:*

4.	<i>Moguće je lateralno podešavanje položaja dijamanta nakon što su zalijepljeni u volfram karbidna sjedišta <b>ili sjedišta od sličnih nemagnetskih materijala (npr. BeCu) te njihovo fiksiranje u odgovarajućem položaju</b></i>
----	---

Pojašnjenje: Almax ima sjedišta od BeCu, ne od WC.

### **Naručitelj:**

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta uz dodatak specificiranja minimalne tvrdoće materijala korištenih za sjedišta dijamanta od 37 HRC.

Sukladno navedenom, Naručitelj je napravio izmjenu tehničke specifikacije Grupa 1. Dijamantna ćelija za visoki tlak za mjerenje transportnih svojstva te stavka 4. sada glasi *Moguće je lateralno podešavanje položaja dijamanta nakon što su zalijepljeni u sjedišta te njihovo fiksiranje u odgovarajućem položaju*, a stavka 11. glasi *S ćelijom dolazi par sjedišta od volfram karbida ili drugih nemagnetskih materijala (npr. BeCu), tvrdoće ne manje od 37 HRC kao podloga za dijamante u ćeliji.*

## **2. Grupa 5: Dijamantna ćelija za visoki tlak za mjerenje magnetskih svojstava**

2.1. Stavka 9 TS, traži se:

9.	<i>Uz ćeliju je potrebno isporučiti uređaj za izrezivanje metalnih brtvi koje su promjera od 3 do 5 mm od čeličnog lima tvrdoće ne manje od 58 HRC te debljine od 0.2 do 0.4 mm.</i>
----	--

*Molimo promjenu u:*

9.	<i>Uz ćeliju je potrebno isporučiti uređaj za izrezivanje metalnih brtvi koje su promjera od 3 do 5 mm od čeličnog lima tvrdoće ne manje od 58 HRC te debljine od 0.2 do 0.4 mm, <b>ili isporučiti već gotov set sa većim brojem metalnih brtvi koje su promjera od 3 do 5 mm, od čeličnog lima tvrdoće ne manje od 58 HRC te debljine 0.2 do 0.4 mm</b></i>
----	--

Pojašnjenje: Almax ne nudi uređaj za izrezivanje već isporučuje gotov set sa većim brojem brtvi promjera 5 mm, odgovarajuće tvrdoće i promjera 0.3 mm.

### **Naručitelj:**



INSTITUT ZA FIZIKU

Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća jer je Naručitelj specificirao potrebu za uređajem koji ima mogućnost izrezivanja metalnih brtvi raznih debljina i tvrdoća što je neophodno za rad s čelijom kako bi se pronašao optimalan odnos debljine i tvrdoće brtve za dane dijamantne nakovnje. Predložena izmjena, odnosno gotov set ne nudi traženu funkcionalnost iz razloga jer je debljina, promjer i materijal brtvi unaprijed određen i ne nudi mogućnost variranja.

Naručitelj briše stavku 9. kako bi omogućio gospodarskim subjektima nuđenje minimalnih tehničkih specifikacija, ali zbog potreba u provođenju istraživanja Naručitelj nuđenje uređaja za izrezivanje metalnih brtvi koje su promjera od 3 do 5 mm od čeličnog lima tvrdoće ne manje od 58 HRC te debljine od 0.2 do 0.4 mm prebacuje u nefinancijski kriterij Grupe 5. Navedeni uređaj za izrezivanje metalnih brtvi je od iznimne važnosti za Naručitelja jer je njegovom upotrebom moguće variranjem tvrdoće i debljine brtve pronaći idealnu kombinaciju koja omogućuje postizanje maksimalnih tlakova prilikom mjerenja u dijamantnoj čeliji. U suprotnom bi Naručitelj trebao svaku kombinaciju debljine i tvrdoće brtvi kupovati i testirati posebno što je zbog vremena koje je za to potrebno za Naručitelja neprihvatljivo.