



INSTITUT ZA FIZIKU

KLASA: 004-45/21-04/3/03

URBROJ: 001-02-21-13

Zagreb, 18. lipnja 2021.

Koncul d.o.o.
XVI trokut 1a
10020 Zagreb
Hrvatska

PREDMET: Postupak jednostavne nabave Višekomponentni sistemi za stvaranje vakuuma,
- Dopuna traži se,

Poštovani,

dostavili ste ponudu oznake IF 2021-00025/N od 31. svibnja 2021. godine u postupak jednostavne nabave Višekomponentni sistemi za stvaranje vakuuma, evidencijski broj nabave JN-R-02/2021.

Temeljem pregleda i ocjene ponude Naručitelj moli da dostavite sljedeća pojašnjenja:

1. U stavci 1.7. tehničkih specifikacija u ponuđenim specifikacijama i navedenoj referenci postoji navod o brzini pumpanja, međutim nedostaje navod o tome da li je pumpa rotacijska te da li je dvo-stupanjska. Molimo upotpunjavanje ponuđenih specifikacija i reference.
2. U stavci 1.9. tehničkih specifikacija u referenci za ponuđene tehničke specifikacije nije moguće jednoznačno odrediti koji dio opisuje ponuđeni filter uljnih para. Molimo da isti označite i/ili upotpunite referencu.
3. U stavci 2.3. tehničkih specifikacija ponuđena specifikacija od 5,96 in (151,5 mm) udovoljava traženim specifikacijama, međutim dokaz o istoj ne nalazimo u danim referencama. Molimo da ponuđenu specifikaciju označite i/ili upotpunite referencu.
4. U stavci 2.7. tehničkih specifikacija iz navedene reference se iščitava postojanje grijača za priрубnicu (flange heater), te nije jasno da li se zapravo radi o grijaču turbomolekularne pumpe. Molimo pojašnjenje ili upotpunjavanje reference.
5. U stavci 2.8. tehničkih specifikacija u ponuđenim specifikacijama i navedenoj referenci postoji navod o brzini pumpanja, međutim nedostaje navod o tome da li je pumpa rotacijska te da li je dvo-stupanjska. Molimo upotpunjavanje ponuđenih specifikacija i reference.
6. U stavci 2.10. tehničkih specifikacija u referenci za ponuđene tehničke specifikacije nije moguće jednoznačno odrediti koji dio opisuje ponuđeni filter uljnih para. Molimo da isti označite i/ili upotpunite referencu.
7. U stavci 3.2. tehničkih specifikacija u ponuđenim specifikacijama nije naveden promjer priрубnice. Molimo upotpunjavanje ponuđenih specifikacija i reference.
8. U stavci 3.4. tehničkih specifikacija ponuđena specifikacija dimenzija (106×128,5×33 mm) udovoljava traženim specifikacijama, međutim dokaz o istoj ne nalazimo u danoj referenci. Molimo da ponuđenu specifikaciju označite i/ili upotpunite referencu.
9. U stavci 3.5. tehničkih specifikacija u referenci za ponuđene tehničke specifikacije nije moguće jednoznačno odrediti koji dio opisuje ponuđeni kabel. Molimo da isti označite i/ili



INSTITUT ZA FIZIKU

upotpunite referencu. Također, molimo da u ponuđene specifikacije upišete egzaktnu ponuđenu dužinu kabela.

Sukladno članku 293. stavak 1. ZJN 2016, molimo Vas da do **25. lipnja 2021. godine** dopunite, razjasnite, upotpunite ili dostavite gore tražene informacije i/ili dokumentaciju.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA
JEDNOSTAVNU NABAVU